

# Zertifikat *Certificate*

**Zertifikatsnummer Certificate No.:**

R 50647881 0001

**Berichtsnummer Report No.:**

CN22Q5F9 003

**Genehmigungsinhaber License Holder:**

KING TONY TOOLS CO.,LTD.

No 11, 150 Alley,

516 Lane, 2 Sec. Hsi Nan Rd.,

Wu-jih Dist., Taichung City 414020

Taiwan

**Fertigungsstätte Manufacturing Site:**

2 Fertigungsstätten auf Folgeseiten

*Listing of 2 factories on following pages*
**Prüfzeichen Test Mark:**

**Geprüft nach Tested according to:**

EN 61010-1:2010+A1

EN IEC 61010-2-033:2021+A11

EN 61243-3:2014

**Geräteidentifikation**
**Product Identification**
**Produkt:**

Messgeraet

**Product:**

(Voltage Tester)

**Modell:**

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

**Type:**
*Type designation(s) are listed on the next page(s)*
**Technische Daten:**

Meßspannung : AC/DC 12-690V, CAT IV 600V

**Technical Data:**

(Measuring Voltage)

Schutzklasse : II  
(Protection Class)

for more info., see following page.

**Gültig ab:**
**Valid from:**

Ausstellungsdatum: 2024-09-20

**Date of issue:**
**Zertifizierungsstelle:**
**Certification body:**

Jacky C. W. Chen



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.*

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: [markcheck@tuv.com](mailto:markcheck@tuv.com)

Fax: +49 221 806-3935

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)
**TÜVRheinland®**  
Precisely Right.

# Zertifikat *Certificate*

**Zertifikatsnummer** *Certificate No.:*

R 50647881 0001

**Berichtsnummer** *Report No.:*

CN22Q5F9 003

**Produkt** *Product:*

Messgeraet  
(Voltage Tester)

**Modell** *Type:*

**Bezeichnung** *Designation:*

6CB21KT (King Tony)

Schutzart : IP64  
(Protection Degree)

Umgebungstemperatur : -10°C bis (to) +55°C  
(Ambient Temperature)



# Zertifikat *Certificate*

**Zertifikatsnummer** *Certificate No.:*

R 50647881 0001

**Berichtsnummer** *Report No.:*

CN22Q5F9 003

**Produkt** *Product:*

Messgeraet (Voltage Tester)

**Fertigungsstätten** *Factories:*

1 040-0002049622

2 040-0002123105

